

台風24号 愛知県下透析施設被害概況一覧（連絡状況）

病院施設	状況	報告者	情報確認日時
西三河地域			
東加茂クリニック	10月1日朝1時間30分ほど停電した。透析は遅れて開始されたものの、無事履行されたそうです。	安田本部長 メール報告	10月5日 14:45
葵セントラル	9月30日22時15分頃から10月1日8時30分頃まで停電。患者への透析治療はギリギリ間に合ったそうです。	安田本部長 メール報告	10月5日 14:45
東三河地域			
豊川メイッククリニック	10時まで停電の影響で、12時より透析開始。時間短縮等の影響が出るか詳細は分かり次第連絡	村上俊寛	10月1日 12:30
	本日の昼透析は、停電により開始が遅れて12:00～13:00になり3時間～4時間透析との事。 夜間は1時間遅れの17:00からの開始です。	村上俊寛	10月1日 13:34
おおの腎泌尿器科	停電の影響は無く、通常通りの透析が出来ていた。 その為、他病院からの患者を受け入れがあったとの事。	長屋 (代議員の山本さんより聞き取り)	10月3日 11:50
蒲郡クリニック	通常どおり稼働し、他院より7名の受け入れがあったとの事	長屋 (病院担当者様より聞き取り)	10月5日 15:35
新城市民病院	まったく停電は無し。通常通り	飯田本部長 FAX報告	10月4日 13:50
茶臼山厚生病院 透析センター	停電の影響は無く、通常通りの透析が出来ていた。	長屋 (代議員の峯田さんより聞き取り)	10月4日 14:30
みとクリニック	停電の影響は無く、無事に透析は出来たとの事	長屋 (代議員の小林さんより聞き取り)	10月5日 15:25
東栄病院	病院は停電の影響もなく通常通り透析が出来た。	長屋 (代議員の弓場さんより聞き取り)	10月5日 15:30
明陽クリニック	透析通常通り	長屋 (藤井理事より聞き取り)	10月1日 13:40
	通常どおり稼働し、愛知クリニックより受け入れあり	飯田本部長 FAX報告	10月4日 13:50
愛知クリニック	透析不可との情報（近隣施設へ分散して透析患者は移動との事、明陽クリニックへ16名ほど移送との情報、藤井理事より）	長屋 (藤井理事より聞き取り)	10月1日 13:40
	病院の施設全体が停電したため、透析の機械や水を送るポンプが動かせなくなっています。病院では透析を予定していた患者に連絡し自宅待機してもらうとともに、一部の患者に関しては隣の市の別の施設に搬送して対応することになっています。	オンラインニュース 11:38掲載	10月1日 14:50
	現在、停電は復旧したが透析については愛知クリニック下の4つの病院施設(おおしみず等)もどの程度の復旧状況かは不明。また詳細は本日の透析の時に確認するとの事(短時間の透析約3時間の透析を行っている)	長屋 (代議員の伊藤さんより聞き取り)	10月3日 10:35
おおしみず愛知クリニック	10月1日は停電の影響により稼働せず。すべての患者(昼の患者)は明陽クリニックで受け入れてもらい治療を受ける(16名)	飯田本部長 FAX報告	10月4日 13:50
はなのきクリニック	透析不可の情報あり(詳細不明)	長屋 (飯田本部長より聞き取り)	10月1日 13:50
	10月1日 午後5時過ぎに停電が復旧しメンテナンス後、午後7時半から当日の透析患者を受け入れる。透析が出来なかった方は翌日へ繰越された。振替で他の病院へ行くことは無かったとの事。	長屋 (代議員の喜多さんより聞き取り)	10月3日 11:55
	10月1日は停電の影響により午後7時過ぎから受け入れ、その間に7名の患者が明陽クリニック、成瀬泌尿器科に振り分けられ受け入れてもらう。 当日午後7時からの患者は皆3時間透析 10/3に正常となる。	飯田本部長 FAX報告	10月4日 13:50
寺田クリニック	10月1日は停電の影響により午後1時より稼働。15時より透析開始で41名すべての患者は2時に終了したとの事	飯田本部長 FAX報告	10月4日 13:50
成瀬泌尿器科	停電の影響は無し、他の病院からの患者を受け入れる。	飯田本部長 FAX報告	10月4日 13:50
豊橋メイッククリニック	停電の影響で透析不可との情報あり	村上俊寛	10月1日 12:30
	本日(10月1日)は終日透析は不可、振替についても目途が立っていない	長屋 (飯田本部長より聞き取り)	10月1日 13:50
	10月1日は朝より停電の影響で施設は稼働せず自宅待機の連絡が病院より昼過ぎにあった。午後4時に通電し6時頃に来院可能かの連絡が個々の患者に施設よりあった。→施設のスタッフ(送迎スタッフ)は昼夜の患者の透析を行った為、深夜1時過ぎまで仕事をこなしていたようである。翌日からは通常通りの透析が出来る状態となる。	飯田本部長 FAX報告	10月4日 13:50